# 超声波明渠流量计 YSD300

使

用

说

明

书

## 大连源晟科技开发有限公司

TEL: 0411-86632519 13840942738

FAX: 0411-86610519 网址: www.dlysys.com

## 录 录

| →, | 、特点   | 3       |
|----|---|---------|
| _, | 、用途   | 3       |
| 三、 | 、仪表的组成及外形尺寸 ·······                           | ···· 4  |
|    | 1、仪表的组成                                       | ••• 4   |
|    | 2、仪表的结构和外形尺寸                                  | 4       |
|    | 3、仪表的显示屏                                      | ···· 5  |
| 四、 | 、主要技术指标及技术参数                                  | 5       |
| 五、 | 、仪表的工作原理 ···································· | 6       |
|    | 1、量水堰槽的测流量原理                                  | 6       |
|    | 2、超声波测液位原理                                    | 6       |
|    | 3、仪表的工作原理                                     | 7       |
| 六、 | 、安装方法   | 8       |
|    | 1、安装量水堰槽                                      | 8       |
|    | 2、安装探头  | 8       |
|    | 3、安装仪表  | 9       |
|    | 4、设置参数  | 9       |
| 七、 | 、关于仪表显示的说明 ·······                            | 9       |
|    | 1、实时数据页面                                      | 9       |
|    | 2、信号图形页面                                      | 10      |
|    | 3、查看历史记录                                      | 10      |
| 八、 | 、量水堰槽构造及安装的技术参考 ······                        | 12      |
|    | 1 、直角三角堰                                      | 12      |
|    | 2 、矩形堰  | 13      |
|    | 3 、巴歇尔槽                                       | 15      |
| 九、 | 、仪表的接线  | 17      |
| 十、 | 、使用按键设置仪表的参数 ·······                          | 17      |
|    | 1 、设置参数时的按键                                   | ···· 17 |
|    | 2 、仪表的参数表                                     | ··· 18  |
| +- | 一 、使用说明                                       | 19      |
|    | 1、液位校准  | 19      |
|    | 2 、日历钟校准                                      | 20      |

| 附录一、 | 巴歇尔槽构造尺寸                     | 21 |
|------|------------------------------|----|
| 附录二、 | 巴歇尔槽水位-流量公式                  | 22 |
| 附录三、 | 安装记录表                        | 23 |
| 安装示例 | <b>一</b> 、在污水井内使用三角堰 ······· | 24 |
| 安装示例 | 二、使用静水井可以提高测量精度              | 25 |


#### 一、特点

- \* 采用数字化信号处理技术,适合恶劣环境的应用。
- \* 先进的信号环境显示(示波器技术),调试、安装方便容易。
- \* 高速可靠的单片机处理,快速稳定。
- \* 多重数据滤波技术,测量稳定可靠。
- \* 16 位高精度 D/A 输出,提高了 4-20mA 输出的精度。
- \* 配有485接口,可以接计算机或其它数据采集器。

#### 二、用途

本仪表与量水堰槽配用,主要用来测量具有自由流条件的渠道内的污水流量。仪表工作时, 传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水流量,可以比其它 形式的仪表,具有更高的可靠性。

本仪表有小时、日、月、年流量及断电信息的数据存储功能。可以通过仪表上的按键查看。本仪表适用于环保部门监测企事业单位的污水排放,适用于污水处理厂测流量。 YSD300 超声波明渠流量计的应用情况如图一。



图一 、YSD300 超声波明渠流量计用于测污水流量


#### 三、仪表的组成及外形尺寸

#### 1、仪表的组成

本仪表产品主要由仪表、探头部分组成。仪表与探头连接的电缆,型号:RVVP4-0.3(四芯+屏蔽,外径小于 6mm)。仪表出厂原配 10 米,应用中可接长至 200 米。如要超过 200 米,需在定货时声明。

**注意**:超声波明渠流量计应用中,必须与量水堰槽配合使用。本产品没有提供量水堰槽。应用中根据应用现场条件,参考本说明书的第八章,或其它资料自行构造。


#### 2、仪表的结构和外形尺寸(参见图二、图三)



图二、仪表部分的外形尺寸 探头引线 (RVVP4-0.3) 10 米 外径 < 6mm M26×2.0 紧固螺母

5

#### 3、仪表的显示屏(参见图四)



图四、仪表的显示屏

#### 四、主要技术指标及技术参数

- 1. 流量范围: 0升/秒~10米 3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
- 2. 累计流量: 12 位十进制数,累满后自动回零
- 3. 流量精度: 1%
- 4. 测距范围: 3米
- 5. 测距精度: 0.25%
- 6. 液位分辩: 1毫米
- 7. 工作环境温度: -20~55℃
- 8. 仪表防护等级: 仪表显示部分: IP65; 探头部分: IP65
- 9. 供电电源:交流供电 220V±10% 6W
- 10. 仪表日历钟计时误差: 〈 2 分钟/每月
- 11. 仪表数据存储量:存储记录小时流量 128 条,日流量 64 条,月流量 32 条,年流量 4 条,断电记录 64 条。存储器循环使用,存满时覆盖最早的记录
- 12. 4~20mA 电流输出:

外部负载电阻: 0~500Ω

误差: 0.1% (相对仪表示值)

负端与仪表地端共接(根据应用要求可改成悬浮地输出)

输出内容: 瞬时流量

13. RS485:

编码方式: 1起始位,8数据位,1停止位

波特率: 9600

00-09, 当设置为00时每测量一次就会输出一次

当地址为01-09时, 需用命令查询:

发送格式为:! x(x为地址)

回送格式: #000000000 0000.000 ; 第一组数据是累计流量(立方米)

第二组数据是瞬时流量(立方米/小时),两数据间用空格符分开

#### 14. 继电器:

控制方式: 每累计设定的 m³ 闭合一次(50 毫秒)、液位上限报警


类型: 单刀双掷 (常开、常闭) 触点容量: AC250V 1A; DC30V 1A

#### 五、仪表的工作原理

#### 1、量水堰槽的测流量原理


明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低(参见图五)。对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、

粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽(参见图六),由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量流经量水堰槽内水流的液位



图五、量水堰槽把流量转成液位

流经量水堰槽内水流的液位,可以根据相应量水堰槽的水位-流量关系,求出流量。常用的量水堰槽种类如图六。




图六、常用的量水堰种类

量水堰槽的水位-流量关系可以从国家计量检定规程《明渠堰槽流量计》JJG711-90 中查到。本说明书的第七章摘抄了一些常用的类型。

每种类型的量水堰槽,都有自己的固定水位-流量对应关系。确定水位-流量关系时,三角堰要求要有渠道宽 B、开口角度、上游堰坎高 p 的参数;矩形堰要有渠道宽 B、开口宽 b、上游堰坎高 p 的参数;巴歇尔槽只要求有喉道宽度的参数 b。

#### 2、超声波测液位原理(参见图七)

本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方(水位观测点的位置见堰槽构造说明)。探头对准水面。探头向水面发射超声波。超声波经过 t 时间,到达水面。这部分能量被水面反射后,被探头接收。仪表记下这段时间的长度 t。探头内部安装有温度传感器,并把温度信号传递给仪表。仪表计算出探头的当前温度,根据超声波的传播速度和经过的时间 t,经过温度补偿计算出水面到探头的距离 D。



图七、超声波测液位的原理

安装仪表时,通过按键向仪表内存设置当前液面到"水位=0"的距离 H(二级菜单页面 1 中"液位"参数项)。仪表从内存读取参数 H,用 H 加上 D,求出探头到"水位=0"的距离 L(L= H+D)。在实际测量中,液位 H 是实时变化的,仪表根据所测时间 t 计算出液面距离 D,从而得到当前液位 H=L-D。

由于产品生产中,各种材料的离散性;电路的延迟也不一致。仪表实际计算液位时使用的运算式为:H=L-KD,其中"K"为液位校正系数。"K"的数值要经过标定来确定。仪表的二级菜单页面4中"液位校正"参数项用于存储"K",仪表出厂时已经校正好。一般情况下禁止修改此"液位校正"参数。

3、仪表的工作原理(图八)仪表控制探头发射和接收超声波。按图八的过程转为液位(单位:米)。再通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位:立方米/小时)。


水位-流量表是存储在仪表里的一组

数据。本仪表的水位-流量表是按相等的液位间隔存储的。例如使用三角堰时,液位的间隔设为为"0.01m"。仪表的内存中存有:液位="0.00m"时对应的流量="0.0000L/S";液位="0.01m"时对应的流量="0.0772 L/S";液

位 = "0.03m"时对应的流量 = "0.2127L/S"•••。一些常用的液位-流量表已预先设置在仪表内。使用时通过参数表选择对应的堰槽种类就可以得到相应的水位-流量表。

仪表把瞬时流量按时间累加,得出累计流量。累计流量共 12 位数字。当累计满 12 位时,自动回零,重新累计。

从仪表上输出的电信号有三种: 4~20mA 电流信号,为瞬时流量;继 电器的开关量,根据参数设置,或按 每累计多少流量动作一次,或按液位 的报警点,或按液位的上下限动作; RS-485 信号,为瞬时流量和累计流量。



图八、仪表的工作原理


#### 六、安装方法

#### 1、安装量水堰槽

使用本仪表测量流量,在明渠上必须要有量水堰槽。量水堰槽的构造和安装方法见本说明书第八章"量水堰槽构造及安装的技术参考"。


#### 2、安装探头

探头要安在探头支架上。产品出厂没有配支架,需要根据现场所使用的量水槽的构造条件



图九、探头支架的加工方法

自行加工。加工方法参见图九。探头支架可以做成"门"字形,安装时跨装在渠道上。注意留出安装探头的孔。如果渠道测墙允许,也可以用两根角钢如图九做成探头支架。



图十、探头的安装位置

探头在渠道上的安装位置要符合量水堰槽的要求。一般三角堰、矩形堰要安装在堰板上游,距离堰板相当于最大过堰水深的 3~4 倍(最大过堰水深是指,流量刚好等于零时液位为零,流量增到最大时对应的液位); 巴歇尔槽在进口收缩段的 1/3 位置(参见图十)。

安装探头时,探头和支架固定要牢靠,不能活动。探头一旦活动,水位基准点就变化了, 影响测量的准确度。探头要垂直对准水面,不能歪斜。 由于探头发出的超声波有一定的张角。安装探头时,注意不要使声波传播的路径上有多余

接入外

径 φ 4~φ6


的引线。穿

反射面(参见图十一)。


#### 3、安装仪表

仪表背面有三个挂钩。利用挂钩把仪表固定 在墙上。

仪表下面有五个 PG7 过线孔。可以向仪表内



图十二、挂壁安装



图十一、不能有多余的反射面

入导线后,要把过线孔的锁母拧紧。不使用的过线 孔,也要用一段短导线插入过线孔内,然后拧紧。不 使外部气体进入仪表内部,可以延长仪表使用寿命。

#### 4、设置参数

仪表使用的现场条件差别很大,要求的附加功能 也不同。仪表安装后,必须通过按键设置参数,以适 合应用。不需要的功能,可以不设相应的参数。

做为流量计使用,有两组参数是必须设置的:


- ①、输入仪表的液位。参见第十章第2节页面1中的"液位"参数项
- ②、输入仪表的最大流量。参见第十章第2节页面2中的"最大流量"参数项

#### 七、关于仪表显示的说明

按<sup>⑤CR</sup>键可切换显示下列内容:实时数据 > 信号图形 >时流量 > 日流量 >月流量 > 年流量 > 断电信息 >实时数据….

#### 1、实时数据页面:

仪表工作于实时数据状态,上电后显示如图十三。显示屏上有五项内容。




图十三、实时数据显示状态

①: **瞬时流量的柱条显示**。粗黑色柱条长,表示瞬时流量大;柱条短,表示瞬时流量小。柱条长度到最下边瞬时流量为"0"。柱条长度到最上边,瞬时流量为柱条上方的数值。该数值对应二级菜单页面 2 中的 "最大流量"参数项。

- ②: **日历钟**。 "2007 08-01 10:38:26" "表示 2007 年 8 月 1 日 10 时 38 分 26 秒。日历 钟通过参数表页面 3 中的"时间"和"时间校正"来校准。
  - ③: **累计流量**。"000005337.267 m³"表示本流量计流量累计总数为:5337.267 立方米。
- ④: **瞬时流量数值**。"960.607 m³/h"表示 581.9 升/秒。表示当前的瞬时流量为 960.607 立方米/每小时。
  - ⑤: 液位值。"2.373 m"表示当前所测渠槽中相对于水位 0 点的液位值是 2.373 米。

#### 2、信号图形页面:

仪表工作于信号图形状态,上电后显示如图十四。显示屏上有四项内容。



图十四、信号图形显示状态

- ①:测量环境温度显示。图形框右上方显示的数据是测量环境温度(摄氏度)。
- ②:**修改参数**。修改参数的密码输入:仪表工作于实时数据页面时,按<sup>SCR</sup>键进入信号图形页面,按<sup>STA</sup>、 键输入密码"3456",按<sup>STA</sup>键确认即可进入二级菜单进行参数修改。
  - ③:液面距离。图形框上方的数据是超声波探头到液面的距离(米)。
- ④:**显示图形**。可清晰显示超声波的发射波、液面波与干扰波。安装时应将干扰波、盲区控制到最小,液面波调整到最大。

#### 3、查看历史记录:

**小时流量**: 小时流量显示每个小时的累计流量,按右箭头键可向前检索。格式如图十五。




图十五、小时流量显示状态

2007 07-20 10:32 0000.000 ;10:00-10:32 的流量(立方米) 2007 07-20 10:00 0000.000 ;9:00-10:00 的流量(立方米)

• • • • • •

**日流量**: 日流量显示每日的累计流量,按右箭头键可向前检索。格式如图十六。



图十六、日流量显示状态

2007 07-20 6680.675 ;7月20日的流量(立方米) 2007 07-19 591.165 ;7月19日的流量(立方米)

••••

月流量: 月流量显示每月的累计流量,按右箭头键可向前检索。格式如图十七。



图十七、月流量显示状态

2007 07-20 7271.861 ;7 月至今的流量(立方米) 2007 06-30 0.000 ;6 月累计的流量(立方米)

.....

**年流量:** 年流量显示每年的累计流量,按右箭头键可向前检索。格式如图十八。




图十八、年流量显示状态

2007 07-20 7651.054 ;2007 年至今的流量(立方米) 2006 12-31 8695.027 ;2006 年累计的流量(立方米)

••••

**断电信息:** 断电信息显示设备断电的时间及再次上电的时间,按右箭头键可向前检索。格式如图十九。



图十九、断电信息显示状态

07-08-11 15:00 07-08-13 15:11 ; 左组时间为断电时间,右组时间为上电时间 07-08-10 14:00 07-08-11 14:21 ; 左组时间为断电时间,右组时间为上电时间 07-08-09 17:00 07-08-13 06:51 ; 左组时间为断电时间,右组时间为上电时间


• • • • • •

#### 八、量水堰槽构造及安装的技术参考

选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。流量小于 40 升/秒时,一般应使用直角三角堰。大于 40 升/秒,一般应使用使用巴歇尔槽。流量大于 40 升/秒,渠道内水位落差又较大,可以使用矩形堰。安装堰板后,要在堰板堰口的下游能形成"小瀑布"。量水堰槽可以用玻璃钢制做,加工尺寸要准确。三角堰和矩形堰的堰口是关键尺寸,要更准确。朝向进水一侧表面要平滑。巴歇尔槽内尺寸要准,内表面要平滑。喉道部分是关键尺寸,要更准确。

#### 1、直角三角堰

图二十是一种直角三角堰的加工图。水位-流量对应关系如表一。注意,安装该直角三角堰的上游渠道宽是 600mm,三角顶角与上游渠底的高度是 250mm。使用上述三角堰,可以在参数表二级菜单页面 4"测槽常数" 项中输入 5100, 仪表内已有该堰板的水位-流量表。



材料:玻璃钢; 要求: 1,板面光滑、平整、无扭曲; 2,三角口缘台要平直、光滑。 j: 为测部和底部嵌入渠道测墙的部分,尺寸由安装现场情况确定,一般5mm。


图二十、直角三角堰的构造

表一 直角三角堰水位流量对应表

水位单位:米

流量单位: 升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.010   | 0. 020  | 0.030   | 0.040   | 0.050   | 0.060   | 0.070   | 0.080   | 0.090   |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 0.0136  | 0. 0772 | 0. 2127 | 0. 4367 | 0. 7629 | 1. 2035 | 1. 7693 | 2. 4705 | 3. 3164 |
| 水位 | 0.100   | 0. 110  | 0. 120  | 0. 130  | 0. 140  | 0. 150  | 0. 160  | 0.170   | 0.180   | 0. 190  |
| 流量 | 4. 3232 | 5. 4864 | 6. 8431 | 8. 3591 | 10.095  | 12. 016 | 14. 144 | 16. 543 | 19. 150 | 22. 070 |
| 水位 | 0. 200  | 0. 210  | 0. 220  | 0. 230  | 0. 240  | 0. 250  | 0. 260  | 0. 270  | 0. 280  | 0. 290  |
| 流量 | 25. 132 | 28. 439 | 32. 269 | 36. 241 | 40. 510 | 45. 010 | -       | =       | =       | -       |




图二十一、三角堰在渠道上的安装和三角堰的水位零点

三角堰安装在渠道上如图二十一。堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。加工三角堰时,可能会使顶角变成圆角,在确定水位等于零的位置时要注意。三角堰的水位零点应在三角堰的侧边延长线的交点上。仪表的探头要安装在上游距离堰板 0.5~1 米的位置。

#### 2、矩形堰

矩形堰可按图二十二加工。水位-流量对应关系如表二、三、四、五。矩形堰的水位-流量 关系主要取决于堰口宽的"b"。也与上游渠宽"B"和堰高"p"有关。如使用图二十二的矩形 堰,可以在参数表二级菜单页面 4"测槽常数"项中输入,仪表内已有该堰板的水位-流量表。



要求: 1,表面光滑、平整、无扭曲; 2,矩形堰口缘顶要平直,光滑。 j:为安装时嵌入测墙和底部的部分,根据现场情况确定,一般5-10mm。

图中 b, B, h, p 尺寸如下表:

| b=250 | B=500 | h=250 | p=100 | b=750  | B=1000 | h=500 | p=200 |
|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| b=500 | B=800 | h=300 | p=150 | b=1000 | B=1500 | h=500 | p=200 |

图二十二、矩形堰的构造

表二 0.25 米矩形堰水位流量对应表 水位单位: 米 流量单位: 升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.010   | 0. 020  | 0.030   | 0.040   | 0.050   | 0.060   | 0.070   | 0.080   | 0.090   |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 0. 4376 | 1. 2397 | 2. 2812 | 3. 5181 | 4. 9250 | 6. 4849 | 8. 1855 | 10. 018 | 11. 973 |
| 水位 | 0.100   | 0. 110  | 0. 120  | 0. 130  | 0. 140  | 0. 150  | 0. 160  | 0. 170  | 0. 180  | 0. 190  |
| 流量 | 14. 047 | 16. 232 | 18. 526 | 20. 924 | 23. 423 | 26. 020 | 28. 712 | 31. 497 | 34. 373 | 37. 338 |
| 水位 | 0. 200  | 0. 210  | 0. 220  | 0. 230  | 0. 240  | 0. 250  | 0. 260  | 0. 270  | 0. 280  | 0. 290  |
| 流量 | 40. 390 | 43. 527 | 46. 749 | 50. 054 | 53. 441 | 56. 907 | =       | =       | =       | -       |

表三 0.5 米矩形堰水位流量对应表 水位单位: 米 流量单位: 升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.010   | 0.020   | 0.030   | 0.040   | 0.050   | 0.060   | 0.070   | 0.080   | 0. 090  |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 08774   | 2. 4874 | 4. 5800 | 7. 0674 | 9.8995  | 13. 043 | 16. 473 | 20. 171 | 24. 124 |
| 水位 | 0.100   | 0. 110  | 0. 120  | 0. 130  | 0. 140  | 0. 150  | 0. 160  | 0. 170  | 0. 180  | 0. 190  |
| 流量 | 28. 317 | 32. 743 | 37. 391 | 42. 255 | 47. 328 | 52. 605 | 58. 081 | 63. 751 | 69. 611 | 75. 658 |
| 水位 | 0. 200  | 0. 210  | 0. 220  | 0. 230  | 0. 240  | 0. 250  | 0. 260  | 0. 270  | 0. 280  | 0. 290  |
| 流量 | 81. 888 | 88. 299 | 94. 888 | 101.65  | 108. 59 | 115. 70 | 122. 97 | 130. 42 | 138. 03 | 145. 80 |
| 水位 | 0.300   | 0.310   | 0. 320  | 0. 330  | 0.340   | 0.350   | 0. 360  | 0.370   | 0.380   | 0. 390  |
| 流量 | 153. 74 |         | _       | _       | _       | -       | _       | _       |         | -       |


表四 0.75 米矩形堰水位流量对应表 水位单位: 米 流量单位: 升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.020   | 0.040   | 0.060   | 0.080   | 0.100   | 0. 120  | 0. 140  | 0. 160  | 0. 180  |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 3. 7488 | 10.670  | 19. 723 | 30. 554 | 42. 960 | 56. 821 | 72. 038 | 88. 545 | 106. 29 |
| 水位 | 0. 200  | 0. 220  | 0. 240  | 0. 260  | 0. 280  | 0.300   | 0. 320  | 0.340   | 0.360   | 0. 380  |
| 流量 | 125. 23 | 145. 33 | 166. 57 | 188. 92 | 212.36  | 236.88  | 262. 46 | 289. 09 | 316. 77 | 345. 47 |
| 水位 | 0.400   | 0.420   | 0. 440  | 0.460   | 0. 480  | 0.500   | 0. 520  | 0. 540  | 0.560   | 0. 580  |
| 流量 | 375. 20 | 405. 95 | 437. 71 | 470. 48 | 504. 26 | 539. 04 | _       | _       | -       | _       |

表五 1米矩形堰水位流量对应表 水位单位:米 流量单位:升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.020   | 0.040   | 0.060   | 0.080   | 0.100   | 0. 120  | 0. 140  | 0. 160  | 0. 180  |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 4. 9780 | 14. 141 | 26. 092 | 40. 345 | 56. 626 | 74. 756 | 94. 605 | 116.08  | 139. 09 |
| 水位 | 0. 200  | 0. 220  | 0. 240  | 0. 260  | 0. 280  | 0.300   | 0. 320  | 0.340   | 0.360   | 0. 380  |
| 流量 | 163. 59 | 189. 53 | 216. 85 | 245. 54 | 275. 54 | 306.85  | 339. 43 | 373. 26 | 408. 33 | 444. 63 |
| 水位 | 0.400   | 0. 420  | 0. 440  | 0.460   | 0.480   | 0.500   | 0. 520  | 0. 540  | 0.560   | 0. 580  |
| 流量 | 482. 13 | 520. 83 | 560. 71 | 601. 76 | 643. 98 | 687. 36 | _       | _       | _       | _       |

矩形堰安装在渠道上如图二十三。堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。仪表的探头安装在距堰板  $0.5\sim1$  米的位置。



图二十三、矩形堰安在渠道上

图二十四、巴歇尔槽安装在渠道上

#### 3 、巴歇尔槽

巴歇尔槽的构造如图二十四。巴歇尔槽的标识尺寸是喉道宽"b"。首先根据应用需要的最大流量,从"附录二、巴歇尔槽水位-流量公式"中查出合适的巴歇尔槽的喉道宽"b"。再从"附录一、巴歇尔槽构造尺寸"中查出对应喉道宽等于"b"的巴歇尔槽的其它尺寸。如"L"、"N"、"B1"、"L1"等等。把这些尺寸填入图二十五中右侧的栏目中。按图二十五加工成形,安装在渠道上,如图二十四所示。

巴歇尔槽水位-流量关系一般是形如: Q=C\*ha<sup>n</sup> 的公式。根据喉道宽"b",从"附录二、巴歇尔槽水位-流量公式"中找出对应的公式。逐点代入水位值,求出对应的流量。


本仪表内已预先存储了喉道宽从 0.025m~0.750m 槽的水位-流量表。表六、七分别是喉道 宽为 0.025m, 0.051m 巴歇尔槽的水位流量对应关系。

表六 喉道 0.025 米巴歇尔槽水位流量对应表 水位单位: 米 流量单位: 升/秒

| 水位 | 0.000   | 0.010   | 0.020   | 0.030   | 0.040   | 0.050   | 0.060   | 0.070   | 0.080   | 0.090   |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流量 | 0.0000  | 0.0480  | 0. 1405 | 0. 2634 | 0. 4114 | 0. 5814 | 0. 7712 | 0. 9794 | 1. 2046 | 1. 4458 |
| 水位 | 0. 100  | 0.110   | 0. 120  | 0. 130  | 0. 140  | 0. 150  | 0. 160  | 0. 170  | 0. 180  | 0. 190  |
| 流量 | 1. 7023 | 1.9733  | 2. 2582 | 2. 5565 | 2.8677  | 3. 1914 | 3. 5271 | 3.8747  | 4. 2336 | 4. 6037 |
| 水位 | 0. 200  | 0.210   | 0. 220  | 0. 230  | 0. 240  | 0. 250  | 0. 260  | 0. 270  | 0. 280  | 0. 290  |
| 流量 | 4. 9846 | 5. 3762 | 5. 3762 | 5. 3762 | 5. 3762 | 5. 3762 | =       | =       | =       | -       |

表七 喉道 0.051 米巴歇尔槽水位流量对应表 水位单位: 米 流量单位: 升/秒


| 水 | 位 | 0.000   | 0.010   | 0.020   | 0.030   | 0.040   | 0.050   | 0.060   | 0.070   | 0.080   | 0.090   |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 流 | 量 | 0.0000  | 0. 0959 | 0. 2807 | 0. 5263 | 0.8221  | 1. 1617 | 1. 5411 | 1. 9571 | 2. 4071 | 2. 8892 |
| 水 | 位 | 0. 100  | 0.110   | 0. 120  | 0. 130  | 0. 140  | 0. 150  | 0. 160  | 0. 170  | 0. 180  | 0. 190  |
| 流 | 量 | 3. 4018 | 3. 9434 | 4. 5127 | 5. 1088 | 5. 7307 | 6. 3775 | 7. 0484 | 7. 7429 | 8. 4602 | 9. 1997 |
| 水 | 位 | 0. 200  | 0. 210  | 0. 220  | 0. 230  | 0. 240  | 0. 250  | 0. 260  | 0. 270  | 0. 280  | 0. 290  |
| 流 | 量 | 9. 9610 | 10. 744 | 11. 547 | 12. 370 | 13. 214 | 13. 214 | =       | -       | -       | _       |



图二十五、巴歇尔槽构造

#### 九、仪表的接线

向仪表接探头引线、电源线等,需要先拧松前盖上的四个内六角固定螺钉,翻开前盖。即可以看到仪表内部的接线端子。外部引线从接线端子接入(参见图二十六)。



图二十六、接线端子

#### 接线端子说明如下:

- "探头引线":探头引线的六根芯线由此接入。
  - "IN" (红色) 为探头回传的信号线
  - "OUT" (黄色) 为探头输入的信号线
  - "T" (绿色)为探头上温度传感器的输入信号线
  - "GND"(白色和屏蔽线)为探头的公用地线,白色线和屏蔽线接在一个端子上
  - "24V"(黑色)为向探头供电的线
- "4~20mA 电流输出":瞬时流量转换为电流信号输出,4mA 对应流量为 0,20mA 对应最大流量,最大流量数值在二级菜单页面 2 中 "最大流量"参数项中输入。
- "RS485": A 和 B 是 RS485 串行通讯接入线。
- "K1":报警液位继电器输出,当测量液位值大于等于该设定值时,继电器 K1 吸合。有一组常闭和常开触点可供用户使用。
- "K2":流量信号继电器输出,当流量信号设置为00时,流量信号输出关闭。当流量信号设置为01时,继电器K2累计流量每增加1立方米吸合一次(50毫秒)。当流量信号设置为02时,继电器K2累计流量每增加0.1立方米吸合一次(50毫秒)。K2有一组常闭和常开触点可供用户使用。
- "AC220V":交流 220V 供电接入。

#### 十、使用按键设置仪表的参数

#### 1、设置参数时的按键

(SCR) 键:菜单键,在非修改状态下,可切换显示下列内容:实时数据 > 信号图形 >时流

量 > 日流量 > 月流量 > 年流量 > 断电信息 > 实时数据….

在修改状态下(输入密码"3456"进入,参见第七章第 2 节信号图形页面中的"修改参数"项),用来循环切换页面 1 一页面 4。

- 键:设置/加一键,在修改状态下,用来得到修改位置光标,或使光标位置数字加一。
- ▶ 键:右移键,在非修改状态下,用来向前检索历史记录。 在修改状态下,使光标位置循环右移。
- 键:回车/运行键,在非修改状态下,用来从信号图形和历史记录查看状态返回实时数据界面。

在修改状态下,用来保存所修改数据,或返回实时数据界面。

#### 2、仪表的参数表

在信号图形页面下,"修改参数"项中输入 3456 密码,按图键确定可进入二级菜单。二级菜单的内容为仪器工作的必要设置,共有 4 个页面,按图键可循环显示这些页面。**页面 1:**如图二十七

液 位: 0.348 满量程: 00.00 盲 区: 0.45 调试中: 00

图二十七、二级菜单页面1的显示

空 距**:指零点水位到探头的距离**。零点水位的定义见图二十一、二十二和图二十五。安装 完成后应在这里输入正确的空距数值。

满量程:这满量程是指液位变化的最大范围,可不用关心。

盲 区:指探头不能测量的距离,由探头特性决定。出厂已设置。一般为30~40 厘米。

调试中:在安装调试中若不希望产生累计流量,可把它设为01。

页面 2:如图二十八

最大流量: 0440.0 液位变率: 00

显示类型: 05 485地址: 01

图二十八、二级菜单页面 2 的显示

最大流量: 仪器可测量的最大流量,单位为立方米/小时。注意: 图形高度条、4/20ma 输出 均以该最大流量为参照点。

变 化 率:允许每次测量液位的最大变化值,单位:毫米。该数值越小抗干扰越好,但响应速度越慢。

显示类型:正常显示方式应设置17

485 地址: 00-09, 当设置为 00 时每测量一次就会输出一次。485 接口的速率为 9600, 编码 为 1, 8, 1。当地址为 01-09 时,需用命令查询。

发送格式为:! x(x为地址)

回送格式: #000000000 0000.000

: 第一组数据是累计流量(立方

米)第二组数据是瞬时流量(立方米/小时),两数据间用空格符分开

#### 页面 3:如图二十九

年 月 日: 07-08-10 时分秒:07-11-00

时钟校正:24

图二十九、二级菜单页面3的显示

年 月 日: 应调整与北京时间一致。 时 分 秒: 应调整与北京时间一致。

时钟校正:每增加1,每日时钟就会慢0.26秒。反之则反。

#### 页面 4: 如图三十

起始液位: 04 流量变率: 0.00 测槽常数: 5100 液位校正: 1.0000

图三十、二级菜单页面4的显示

起始液位:流量测量的起始液位,当液位小于等于该起始液位,流量认为0。单位为毫米。

流量变率:含义同液位变率,不同是每次流量测量允许的流量变化。单位为升/小时。

测槽常数:设置不同测槽的常数。V形槽常数=5100,0.25米距形槽常数=1690,0.50米距

形槽常数=3495, 0.75 米距形槽常数=5760, 1.00 米距形槽常数=7200。巴歇 尔槽不用设置。由于 V 形槽、距形槽的现场条件与标准有时有出入,可适当修改

常数以保证测量精度。

液位校正:线性液位校正。1.000 为不校正。液位=测量液位×液位校正。

#### 页面 5:如图三十一

报警液位: 0.500 流量信号:00

图三十一、二级菜单页面5的显示

报警液位: 当测量液位值大于等于该设定值时,继电器 K1 吸合。K1 有一组常闭和常开触点可供用户使用。

流量信号: 当流量信号设置为 00 时,流量信号输出关闭。当流量信号设置为 01 时,继电器 K2 累计流量每增加 1 立方米吸合一次(50 毫秒)。当流量信号设置为 02 时,继 电器 K2 累计流量每增加 0.1 立方米吸合一次(50 毫秒)。K2 有一组常闭和常开触点可供用户使用。


波差电平: 波差电平主要用于超声波测量中的抗干扰。其抗干扰原理是基于液面波电平总是 大于干扰电平,而小于液面波电平为该设定值的则被认为干扰波。信号电平满度 为 4.5,通常波差电平可设为信号电平满度的五分之一至五分之二。信号电平与 干扰电平的幅度可从波形显示图中判读。正确地设置波差电平可以使超声波流量 计在较强的干扰下稳定地工作。

水槽代码: 00: V 形槽, 01: 0.25 距形槽, 02: 0.50 距形槽, 03: 0.75 距形槽, 04: 1.00 距形槽, 05: b=0.025 巴歇尔槽, 06: b=0.051 巴歇尔槽, 07: b=0.076 巴歇尔槽, 08: b=0.152 巴歇尔槽, 09: b=0.250 巴歇尔槽, 10: b=0.300 巴歇尔槽, 11: b=0.450 巴歇尔槽, 12: b=0.600 巴歇尔槽, 13: b=0.750 巴歇尔槽,

### 十一、使用说明

#### 1、液位校准

仪表首次安装、检修、移动过探头后,都要校准仪表的液位。校准液位的目的是使仪表测量的液位值与量水堰槽内的实际水位一致。校准液位最好的方法是让量水堰槽内的水位正好为零,校对仪表显示的液位也为零。实际中,量水堰槽不可能停水。这种情况下,只能校准仪表的示值液位等于实测的量水堰槽液位。



图三十二、实测量水堰槽内的液位

实测液位一定要准确(参图三十二)。要注意:水位零点的位置。矩形堰和巴歇尔槽比较直观。矩形堰是矩形开口的下边线;巴歇尔槽是进口收缩段的下底。三角堰在三角的角顶,但要注意图二十一提示的圆角问题。

校准仪表的液位示值要在参数修改状态(输入密码"3456"进入,参见第七章第 2 节信号图形页面中的"修改参数"项)下进行,密码输入正确进入页面 1 后,按型和▶键在"空 距"位置输入正确的空距值,并按型键保存数据。在按型键返回实时数据页面,此时所显示的液位应和实测液位相同。即完成仪表的液位校准。

例 1: (堰内无水) 探头安装完成后用超声波流量计测得堰底到探头的距离为 1.235 米, 用尺量得堰底到零点水位的距离是 0.250 米(可参见图二十),则空距: 1.235-

- 0.250=0.985 米,设空距 0.985 米。
- 例 2: 若堰内水位没超过零点水位(使用堰板测量),安装完成后用超声波流量计测得探头到液面的距离为 1.135 米,用尺量零点水位与液面的距离是 0.150 米,则空距: 1.135-0.150=0.985 米,设空距 0.985 米。
- 例 3: 若堰内水位超过零点水位,安装完成后用超声波流量计测得探头到液面的距离为 0.885 米,用棒杆探深,根据棒杆上的水迹得知堰底与液面的距离是 0.350 米,则 堰底到探头的距离为 1.235 米。另根据施工图可知堰底到零点水位距离是 0.250 米,空距: 0.885+0.350-0.250=0.985 米,设空距 0.985 米。注意:用棒杆探深,杆应垂直水面,并在探头位置探深。

巴歇尔槽的底部为零点水位,即堰底到零点水位距离是0米。

#### 2、日历钟校准

日历钟校准要在参数修改状态(输入密码"3456"进入,参见第七章第 2 节信号图形页面中的"修改参数"项)下进行,密码输入正确进入页面 1,按<sup>SCR</sup>键两次进入页面 3 后,按<sup>TC</sup>和 键调整"年 月 日"和"时 分 秒"参数项与北京时间一致。如时钟总是跑快或跑慢可适当调整"时钟校正"项,每增加 1,每日时钟就会慢 0.26 秒。反之则反。参数设置完毕后按<sup>TCL</sup>键保存数据。在按<sup>TCL</sup>键返回实时数据页面,即完成日历钟的校准。

## 附录一、巴歇尔槽构造尺寸

单位:米

|     |    |        |        |        |        |        | 平世: 水  |        |        |        |       |
|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 类   | 序  |        | 喉道段    |        |        | 收缩段    |        |        | 扩散段    |        | 墙高    |
| 别   | 号  | b      | L      | N      | B1     | L1     | La     | B2     | L2     | K      | D     |
|     | 1  | 0.025  | 0.076  | 0.029  | 0. 167 | 0. 356 | 0. 237 | 0.093  | 0. 203 | 0.019  | 0.23  |
| 小   | 2  | 0.051  | 0.114  | 0.043  | 0.214  | 0.406  | 0. 271 | 0. 135 | 0. 254 | 0.022  | 0.26  |
|     | 3  | 0.076  | 0. 152 | 0.057  | 0. 259 | 0. 457 | 0. 305 | 0.178  | 0. 305 | 0. 025 | 0.46  |
| 型   | 4  | 0. 152 | 0.305  | 0.114  | 0.400  | 0.610  | 0. 407 | 0.394  | 0.610  | 0.076  | 0.61  |
|     | 5  | 0. 228 | 0.305  | 0.114  | 0.575  | 0.864  | 0. 576 | 0.381  | 0. 457 | 0. 076 | 0.77  |
|     | 6  | 0. 25  | 0.60   | 0. 23  | 0. 78  | 1. 325 | 0.883  | 0.55   | 0. 92  | 0.08   | 0.80  |
|     | 7  | 0.30   | 0.60   | 0. 23  | 0.84   | 1. 350 | 0. 902 | 0.60   | 0. 92  | 0.08   | 0.95  |
| 标   | 8  | 0.45   | 0.60   | 0. 23  | 1. 02  | 1. 425 | 0. 948 | 0.75   | 0. 92  | 0.08   | 0.95  |
|     | 9  | 0.60   | 0.60   | 0. 23  | 1. 20  | 1. 500 | 1.0    | 0.90   | 0. 92  | 0.08   | 0.95  |
|     | 10 | 0.75   | 0.60   | 0. 23  | 1. 38  | 1. 575 | 1. 053 | 1.05   | 0. 92  | 0.08   | 0.95  |
|     | 11 | 0.90   | 0.60   | 0. 23  | 1. 56  | 1. 650 | 1. 099 | 1.20   | 0. 92  | 0.08   | 0.95  |
| 准   | 12 | 1.00   | 0.60   | 0. 23  | 1. 68  | 1. 705 | 1. 139 | 1.30   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
|     | 13 | 1.20   | 0.60   | 0. 23  | 1. 92  | 1.800  | 1. 203 | 1.50   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
|     | 14 | 1.50   | 0.60   | 0. 23  | 2. 28  | 1. 95  | 1. 303 | 1.80   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
| 751 | 15 | 1.80   | 0.60   | 0. 23  | 2. 64  | 2. 10  | 1. 399 | 2.10   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
| 型   | 16 | 2. 10  | 0.60   | 0. 23  | 3. 00  | 2. 25  | 1. 504 | 2.40   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
|     | 17 | 2.40   | 0.60   | 0. 23  | 3. 36  | 2. 40  | 1.604  | 2.70   | 0. 92  | 0.08   | 1.0   |
|     | 18 | 3.05   | 0. 91  | 0.343  | 4. 76  | 4. 27  | 1. 794 | 3. 68  | 1.83   | 0. 152 | 1.22  |
|     | 19 | 3.66   | 0. 91  | 0.343  | 5. 61  | 4. 88  | 1. 991 | 4. 47  | 2. 44  | 0. 152 | 1.52  |
| 大   | 20 | 4.57   | 1. 22  | 0. 457 | 7. 62  | 7. 62  | 2. 295 | 5. 59  | 3. 05  | 0. 229 | 1.83  |
|     | 21 | 6. 10  | 1.83   | 0.686  | 9. 14  | 7. 62  | 2. 785 | 7.32   | 3. 66  | 0. 305 | 2. 13 |
|     | 22 | 7.62   | 1. 83  | 0. 686 | 10. 67 | 7. 62  | 3. 383 | 8.94   | 3. 96  | 0. 305 | 2. 13 |
| 型   | 23 | 9. 14  | 1. 83  | 0.686  | 12. 31 | 7. 93  | 3. 785 | 10. 57 | 4. 27  | 0. 305 | 2. 13 |
|     | 24 | 12. 19 | 1. 83  | 0.686  | 15. 48 | 8. 23  | 4. 785 | 13.82  | 4. 88  | 0. 305 | 2. 13 |
|     | 25 | 15. 24 | 1. 83  | 0.686  | 18. 53 | 8. 23  | 5. 776 | 17. 27 | 6. 10  | 0. 305 | 2. 13 |

附录二、巴歇尔槽水位-流量公式

| 类 | 序  | 喉道宽   | 流量公式                    | 水位    | 范围   | 流量    | 量范围   | 临界  |
|---|----|-------|-------------------------|-------|------|-------|-------|-----|
|   |    | 度     | Q=Cha <sup>n</sup>      | h(    | m)   | Q     | (L/S) | 淹没  |
| 别 | 号  | b(m)  | (L/S)                   | 最小    | 最大   | 最小    | 最大    | 度%  |
|   | 1  | 0.025 | 60.4ha <sup>1.55</sup>  | 0.015 | 0.21 | 0.09  | 5.4   | 0.5 |
| 小 | 2  | 0.051 | 120.7ha <sup>1.55</sup> | 0.015 | 0.24 | 0.18  | 13.2  | 0.5 |
|   | 3  | 0.076 | 177.1ha <sup>1.55</sup> | 0.03  | 0.33 | 0.77  | 32.1  | 0.5 |
| 型 | 4  | 0.152 | 381.2ha <sup>1.54</sup> | 0.03  | 0.45 | 1.50  | 111.0 | 0.6 |
|   | 5  | 0.228 | 535.4ha <sup>1.53</sup> | 0.03  | 0.60 | 2.5   | 251   | 0.6 |
|   | 6  | 0.25  | 561ha <sup>1.513</sup>  | 0.03  | 0.60 | 3.0   | 250   | 0.6 |
|   | 7  | 0.30  | 679ha <sup>1.521</sup>  | 0.03  | 0.75 | 3.5   | 400   | 0.6 |
| 标 | 8  | 0.45  | 1038ha <sup>1.537</sup> | 0.03  | 0.75 | 4.5   | 630   | 0.6 |
|   | 9  | 0.60  | 1403ha <sup>1.548</sup> | 0.05  | 0.75 | 12.5  | 850   | 0.6 |
| 准 | 10 | 0.75  | 1772ha <sup>1.557</sup> | 0.06  | 0.75 | 25.0  | 1100  | 0.6 |
|   | 11 | 0.90  | 2147ha <sup>1.565</sup> | 0.06  | 0.75 | 30.0  | 1250  | 0.6 |
|   | 12 | 1.00  | 2397ha <sup>1.569</sup> | 0.06  | 0.80 | 30.0  | 1500  | 0.7 |
| 型 | 13 | 1.20  | 2904ha <sup>1.577</sup> | 0.06  | 0.80 | 35.0  | 2000  | 0.7 |
|   | 14 | 1.50  | 3668ha <sup>1.586</sup> | 0.06  | 0.80 | 45.0  | 2500  | 0.7 |
|   | 15 | 1.80  | 4440ha <sup>1.593</sup> | 0.08  | 0.80 | 80.0  | 3000  | 0.7 |
|   | 16 | 2.10  | 5222ha <sup>1.599</sup> | 0.08  | 0.80 | 95.0  | 3600  | 0.7 |
|   | 17 | 2.40  | 6004ha <sup>1.605</sup> | 0.08  | 0.80 | 100.0 | 4000  | 0.7 |
|   | 18 | 3.05  | 7463ha <sup>1.6</sup>   | 0.09  | 1.07 | 160.0 | 8280  | 0.8 |
|   | 19 | 3.66  | 8859ha <sup>1.6</sup>   | 0.09  | 1.37 | 190.0 | 14680 | 0.8 |
| 大 | 20 | 4.57  | 10960ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.67 | 230.0 | 25040 | 0.8 |
|   | 21 | 6.10  | 14450ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.83 | 310.0 | 37970 | 0.8 |
|   | 22 | 7.62  | 17940ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.83 | 380.0 | 47160 | 0.8 |
| 型 | 23 | 9.14  | 21440ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.83 | 460.0 | 56330 | 0.8 |
|   | 24 | 12.19 | 28430ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.83 | 600.0 | 74700 | 0.8 |
|   | 25 | 15.24 | 35410ha <sup>1.6</sup>  | 0.09  | 1.83 | 750.0 | 93040 | 0.8 |


### 附录三 、安装记录表

## 超声波明渠流量计安装记录表


|                   | 超产     | X ILANA |        |  |
|-------------------|--------|---------|--------|--|
| 安装地点              | 安装日期   |         | 仪表编号   |  |
| 仪表量程              | 液位精度   |         | 流量精度   |  |
| 液位基点              | 基点高程   |         |        |  |
| 量水堰槽结构            | 勾尺寸:   |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   |        |         |        |  |
|                   | _      |         |        |  |
| 清累计时间             |        | 清记录时间   |        |  |
| 流量单位              | 3h 流量  |         | 19h 流量 |  |
| 输出方式              | 4h 流量  |         | 20h 流量 |  |
| 打印方式              | 5h 流量  |         | 21h 流量 |  |
| m <sup>3</sup> 比例 | 6h 流量  |         | 22h 流量 |  |
| 探头距离              | 7h 流量  |         | 23h 流量 |  |
| 修正系数              | 8h 流量  |         | 24h 流量 |  |
| 液位量程              | 9h 流量  |         | 25h 流量 |  |
| 流量量程              | 10h 流量 |         | 26h 流量 |  |
| 下界液位              | 11h 流量 |         | 27h 流量 |  |
| 下界流量              | 12h 流量 |         | 28h 流量 |  |
| 上界液位              | 13h 流量 |         | 29h 流量 |  |
| 上界流量              | 14h 流量 |         | 30h 流量 |  |
| 液位间隔              | 15h 流量 |         | 31h 流量 |  |
| 0h 流量             | 16h 流量 |         | 32h 流量 |  |
| 1h 流量             | 17h 流量 |         | 33h 流量 |  |
| 2h 流量             | 18h 流量 |         | 34h 流量 |  |
| * ***             | V311   |         |        |  |


填表人:

安装技术负责人:



安装示例一:在污水井内使用三角堰





安装示例二、使用静水井可以提高测量精度

## 2010.8 版本 设置表

| 2010.6 似个 义且认 |      |      |  |  |  |
|---------------|------|------|--|--|--|
| 槽形            | 测槽代码 | 测槽常数 |  |  |  |
| V形槽           | 0    | 5100 |  |  |  |
| 0.25 矩形       | 1    | 853  |  |  |  |
| 0.5 矩形        | 2    | 1747 |  |  |  |
| 0.75 矩形       | 3    | 2850 |  |  |  |
| 1.00 矩形       | 4    | 3637 |  |  |  |
| 0.025 巴歇尔槽    | 5    | 604  |  |  |  |
| 0.051 巴歇尔槽    | 6    | 1207 |  |  |  |
| 0.076 巴歇尔槽    | 7    | 1771 |  |  |  |
| 0.152 巴歇尔槽    | 8    | 3812 |  |  |  |
| 0.25 巴歇尔槽     | 9    | 5610 |  |  |  |
| 0.30 巴歇尔槽     | 10   | 679  |  |  |  |
| 0.40 巴歇尔槽     | 10   | 923  |  |  |  |
| 0.45 巴歇尔槽     | 10   | 1038 |  |  |  |
| 0.50 巴歇尔槽     | 10   | 1160 |  |  |  |
| 0.60 巴歇尔槽     | 10   | 1403 |  |  |  |
| 0.75 巴歇尔槽     | 10   | 1772 |  |  |  |
| 0.90 巴歇尔槽     | 10   | 2147 |  |  |  |
| 1.0 巴歇尔槽      | 11   | 2397 |  |  |  |
| 1.2 巴歇尔槽      | 11   | 2904 |  |  |  |
| 1.5 巴歇尔槽      | 11   | 3668 |  |  |  |
| 1.8 巴歇尔槽      | 12   | 4440 |  |  |  |
| 2.1 巴歇尔槽      | 12   | 5222 |  |  |  |
| 2.4 巴歇尔槽      | 13   | 600  |  |  |  |
| 3.5 巴歇尔槽      | 13   | 746  |  |  |  |
| 3.66 巴歇尔槽     | 13   | 886  |  |  |  |

## RS-485 接口说明

波特率 9600, 启始位 1, 数据位 8, 停止位 1。

一: 工作方式

RS-485 共有二种工件模式

\*自动报告方式

\*查询方式

自动报告方式为仪器每测量一次,即将结果通过 RS-485 口输出一次。该种方式只适用 于该 RS-485 口总线上只有一台仪器时。

查询方式是通过每台超声波测量仪器的不同编号,由主机访问采集数据。该工作方式可允许 RS-485 总线上同时连接多台仪器(可连接 10 台仪器)。

二: 设置(输入密码 3456 进入菜单)

仪表的菜单上有一项内容为 485 的菜单

其中 COM ID 为 RS-485 口设置项,参数定义如下:

00~09 为 RS-485 编号(查询方式下使用);

10 为自动报告方式:

大于 10 为关闭 RS-485 口。

#### 三:格式

1. 输出格式为 (ASCⅡ码)

帧头(#)+该仪器编号+1位空格+数据,数据未尾有一回车(ODH)

例: #1 02.753

无回波:输出#?未尾有一回车(0DH)。

2. 查询格式 (ASCII码)

帧头(!)+仪器的编号,共2个字节,例如对 COM ID 编号为 01 号的仪器进行查询, 即为输入!1 可查询。